

2025 年 4 月 18 日

公益財団法人神奈川県病院協会 御中

オリンパスメディカルシステムズ株式会社
医療機器安全管理責任者 村上 和士

高速気腹装置 UHI-4 自主回収 神奈川県内対応完了のご報告

拝啓 貴会益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
弊社よりご案内をさせて頂いております『高速気腹装置 UHI-4 ソフトウェアアップデートのお知らせ』(157PA-0237)および『高速気腹装置 UHI-4 フロントパネル消灯に関する回収のご案内』（157PA-0036）につきまして、2025 年 3 月末に神奈川県内の対応を完了いたしました。また 2025 年 4 月 18 日時点での全国の進捗状況についてご報告いたします。

敬具

記

1. ソフトウェアアップデートの進捗状況

- ・  : 
- ・ 神奈川県の進捗率 : 100%

2. CR ボード交換の進捗状況

- ・  : 
- ・ 神奈川県の進捗率 : 100%

神奈川県内につきましては、2025 年 3 月 31 日までに全て完了いたしました。

他地域につきましては、2026 年 3 月末を期限として早期の完了に向けて引き続き対応を加速させるよう努めてまいります。

この度、貴会および貴会会員の皆様方には、ご不便、ご迷惑をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます。今後はこのようなことの無いよう再発防止に努めてまいります。

以上